

	Data postării: 20.10.2023	Termen limită: 24.10.2023
Anunț:	ECHIPAMENT DE DISOLUȚIE - 1 bucată	
Detalii:	<p>Achiziția are valoarea estimată de 247.591,78 lei. Valoarea nu conține TVA. Procedura aleasă este achiziția directă. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice - <i>Cod CPV: 38434560-9 Analizoare chimice (Rev. 2)</i>.</p> <p style="text-align: center;">Echipament de disoluție</p> <p><u>Caracteristici tehnice minimale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tester de dizolvare <ul style="list-style-type: none"> - Stație de testare cu min 8 vase din sticlă de 1000 ml, cu fund rotund - Capac pentru vas, integrat, pentru a preveni evaporarea soluției - Temperatura băii de apă: 30 - 55 °C - Baia de apă (dispozitivul de încălzire) permite menținerea temperaturii din interiorul vasului în timpul testării până la 37 ± 0.1 °C. - Numărul de senzori de temperatură: 1 buc. / vas de disoluție + 1 buc. /baie de apă - Centrare automată a vasului calibrat și poziționarea agitatorului. - Distanța dintre fundul interior al vasului și fundul coșului/padelei este menținută la 25 ± 2 mm în timpul încercării. - Wobble < 0,2 mm - Meniul programat pentru depozitarea de monografii: min. 20 metode - Viteza de rotație a axului: 10-250 rpm - Dispozitiv de reglare al vitezei pentru a permite selectarea vitezei de rotație a axului menținerea lui la o valoare între: 10-250 rpm $\pm 1\%$ peste 25 rpm și 2% pentru 10-25 rpm - Verificare automată a parametrilor de testare: temperatura, viteza de rotație în timpul încercării. ● Sistem de prelevare automată <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de pompare și viteză: pompă cu seringă cu piston rotativ - min. 8 seringi cu ml/min reglabil - Precizia eșantionării: 10 ml $\pm 2,5\%$ - Volumul probei per flacon/tub: 0,1-14 ml - Frecvența probei - Metodă specifică cu min. 2 minute - Număr de probe per test: până la 36 cu schimb manual de tăvi - Supape: corp PEEK sau echivalent - Ace - Vârfuri din oțel inoxidabil anti-coring pentru a preveni înfundarea. - Volum de amorsare/purjare: 0-30 ml - Fiole: 12 x 32 mm (2 ml) - min. 100 buc. - Eprubete de sticlă: 16 x 100 mm (14 ml) standard - min 250 buc - Compatibil cu toate mediile de dizolvare tipice care conțin agenți tensioactivi. ● Canule w/ Adj Gauge, 4.75 in. - min. 4 buc. ● Canule w/ Adj Gauge, 7.75 in. - min. 3 buc. ● Vase din sticlă cu protecție față de lumină, 1000mL - min. 3 buc. ● Electropolished (SS) Paddles – min. 8 buc. ● Basket Shafts (USP Standard 3-Clip) and Baskets (40-mesh) - min. 8 buc. ● FF Filter, UHMWPE, 35 um – min. 1000 buc. ● Tavă probe min. 96-position pentru fiole de 2 mL – min. 1 buc 	

	<ul style="list-style-type: none"> ● Tavă probe pentru eprubete de max. 15 ml – min. 1 buc. <p>Sistemul de disoluție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● se va livra cu manual de instruire/utilizare/instalare (în limba română sau engleză) ● va prezenta o garanție de minim 24 luni <p>Ofertantul:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● va asigura livrarea, instalarea și punere în funcțiune (inclusiv calibrare) a echipamentului la sediul beneficiarului ● va asigura o sesiune de instruire privind operarea echipamentului pentru minim 3 persoane. <p><i>Notă: Orice referire din cuprinsul specificațiilor tehnice minimale prin care se indică o anumită origine, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, un procedeu special, o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea "sau echivalent".</i></p>
<p>Informații suplimentare:</p>	<p>Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și în măsura posibilității, semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă) pot fi trimise până pe data de 24.10.2023, ora 16⁰⁰ prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824.</p> <p>Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achiziții publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro.</p> <p>Finalizarea achiziției se va realiza prin utilizarea <i>Catalogului electronic</i> pus la dispoziție de <i>Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)</i>.</p>